



# **Identifizierung der PVC-hältigen Artikel in den Neonatologie- stationen des Wiener Kranken- anstaltenverbundes (KAV)**

(Projekt: VEMED Neo)

## **Artikelkatalog**

---

Die Ressourcen Management Agentur (RMA)  
ist ein Klimabündnisbetrieb





# **Identifizierung der PVC-hältigen Artikel in den Neonatologiestationen des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV)**

(Projekt: VEMED Neo)

## **Artikelkatalog**

(Vers. 1.0)

**Hans Daxbeck  
Eva Seibold**

Im Auftrag von ÖkoKauf Wien und des  
Wiener Krankenanstaltenverbundes

Wien, Dezember 2010

Projektleitung:  
Hans Daxbeck

Projektsachbearbeitung:  
Hans Daxbeck, Eva Seibold

Grafische Gestaltung und Layout:  
Eva Seibold

Impressum:  
Ressourcen Management Agentur (RMA)

Argentinierstrasse 48/2. Stock  
1040 Wien  
Tel.: +43 (0)1/913 22 52.0  
Fax: +43 (0)1/913 22 52.22  
office@rma.at; www.rma.at

---

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

**Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 150ml**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.impromediform.de (www.medcare-medizintechnik.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1661

**Quelle:**  
1; 2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 150ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Infusionsbeutel mit integriertem Luer-Lock Anschluss, Verschlussklemme, Zuspritzport mit Abbrechzapfen und Spikeport für Infusionsbestecke

**Material:**

Schläuche und Beutelfolie aus EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat); Spikeport aus DEHP-freiem PVC (Polyvinylchlorid); gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

**Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 250ml**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.impromediform.de (www.medcare-medizintechnik.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1662

**Quelle:**  
1; 2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 250ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Infusionsbeutel mit integriertem Luer-Lock Anschluss, Verschlussklemme, Zuspritzport mit Abbrechzapfen und Spikeport für Infusionsbestecke

**Material:**

Schläuche und Beutelfolie aus EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat); Spikeport aus DEHP-freiem PVC (Polyvinylchlorid); gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

**Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 500ml**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.impromediform.de (www.medcare-medizintechnik.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1663

**Quelle:**  
1; 2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 500ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Infusionsbeutel mit integriertem Luer-Lock Anschluss, Verschlussklemme, Zuspritzport mit Abbrechzapfen und Spikeport für Infusionsbestecke

**Material:**

Schläuche und Beutelfolie aus EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat); Spikeport aus DEHP-freiem PVC (Polyvinylchlorid); gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 1000ml

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1664

**Quelle:**  
1; 2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 1000ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Infusionsbeutel mit integriertem Luer-Lock Anschluss, Verschlussklemme, Zuspritzport mit Abbrechzapfen und Spikeport für Infusionsbestecke

**Material:**

Schläuche und Beutelfolie aus EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat); Spikeport aus DEHP-freiem PVC (Polyvinylchlorid); gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 2000ml

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1665

**Quelle:**  
2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 2000ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Infusionsbeutel mit integriertem Luer-Lock Anschluss, Verschlussklemme, Zuspritzport mit Abbrechzapfen und Spikeport für Infusionsbestecke

**Material:**

Schläuche und Beutelfolie aus EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat); Spikeport aus DEHP-freiem PVC (Polyvinylchlorid); gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 3000ml

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1666

**Quelle:**  
1; 2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 3000ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Infusionsbeutel mit integriertem Luer-Lock Anschluss, Verschlussklemme, Zuspritzport mit Abbrechzapfen und Spikeport für Infusionsbestecke

**Material:**

Schläuche und Beutelfolie aus EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat); Spikeport aus DEHP-freiem PVC (Polyvinylchlorid); gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 5000ml

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1667

**Quelle:**  
2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsbeutel mit Luerlock-Anschluss 5000ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Infusionsbeutel mit integriertem Luer-Lock Anschluss, Verschlussklemme, Zuspritzport mit Abbrechzapfen und Spikeport für Infusionsbestecke

**Material:**

Schläuche und Beutelfolie aus EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat); Spikeport aus DEHP-freiem PVC (Polyvinylchlorid); gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### 3000 ml Beutel mit 3-fach Überlaufsystem

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1866

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
3000 ml Beutel mit 3-fach Überlaufsystem

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

befüllen mittels Schwerkraft, 3 belüftbare Anstechdorne, 3 verschiedenfarbige Verschlussklemmen, große Schlauchvolumina schneller Durchfluß. Spikeport, Zuspritzport mit Abbrechzapfen, Permanentklemme

**Material:**

EVA; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Infusionsmischbeutel EVA 100-300ml

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 2020

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsmischbeutel EVA 100-300ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

PVC- und Latex-freie EVA Infusionsmischbeutel

**Material:**

EVA; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### **Infusionsleitung 200 cm spiralförmig linear**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1942

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsleitung 200 cm spiralförmig linear

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Polyethylen; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keien Angabe

---

### **Infusionsleitung 300 cm spiralförmig linear**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1943

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsleitung 300 cm spiralförmig linear

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Polyethylen; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keien Angabe

---

### **Infusionsleitung 400 cm spiralförmig linear**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1944

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Infusionsleitung 400 cm spiralförmig linear

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Polyethylen; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keien Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Schwerkraft-Set

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 1100

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Schwerkraft-Set

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
PVC- und Latex-frei

**Material:**  
PVC-frei; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keien Angabe

---

### Verbindungsleitung 15 cm

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1605

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbindungsleitung 15 cm

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Verbindungsleitung mit 15cm Länge; Luer-Lock Ansatz; Füllvolumen: 0,2ml

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### Verbindungsleitung 30 cm

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1606

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbindungsleitung 30 cm

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Verbindungsleitung mit 30cm Länge; Luer-Lock Ansatz; Füllvolumen: 0,3ml

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Verbindungsleitung 15 cm mit Schiebeklemme

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1609

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbindungsleitung 15 cm mit Schiebeklemme

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Verbindungsleitung mit 15cm Länge; Schiebeklemmung; Luer-Lock Ansatz; Füllvolumen: 0,2ml

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

### Verbindungsleitung 30 cm mit Schiebeklemme

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1610

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbindungsleitung 30 cm mit Schiebeklemme

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Verbindungsleitung mit 30cm Länge; Schiebeklemmung; Luer-Lock Ansatz; Füllvolumen: 0,3ml

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

### Verbindungsleitung 40 cm mit Rü - Ventil

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1625

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbindungsleitung 40 cm mit Rü - Ventil

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Verbindungsleitung mit 40cm Länge; Zuspritzport, Rückschlagventil; Luer-Lock Ansatz; Füllvolumen: 0,7ml

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Verbindungsleitung 15 cm mit Rü - Ventil

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1626

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbindungsleitung 15 cm mit Rü - Ventil

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Verbindungsleitung mit 15cm Länge; Zuspritzport, Rückschlagventil; Luer-Lock Ansatz; Füllvolumen: 0,4ml

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### Filterleitung P 15 cm

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1768

**Quelle:**  
1; 2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Filterleitung P 15 cm

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### Überleitungs-Set mit automatischem Ventil

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF P516

**Quelle:**  
1; 2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Überleitungs-Set mit automatischem Ventil

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
zur Verabreichung von Infusionslösungen aus Vorratsgefäßen mittels Spritzenpumpen im geschlossenen System; Luer-Lock Ansatz; Automatikventil

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### MPE Neonat. Y-Verbinder

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF PU572

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
MPE Neonat. Y-Verbinder

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Y-Verbinder zum Verabreichen mehrerer Infusionen über einen Zugang; Rückschlagventile; Luer-Lock Ansatz

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### MPE Neonat. Y-Verbinder 3-fach

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF PU573

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
MPE Neonat. Y-Verbinder 3-fach

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

3-facher Y-Verbinder zum Verabreichen mehrerer Infusionen über einen Zugang; Rückschlagventile; Luer-Lock Ansatz

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### MPE Neonat. Y-Verbinder 4-fach

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF PU574

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
MPE Neonat. Y-Verbinder 4-fach

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

4-facher Y-Verbinder zum Verabreichen mehrerer Infusionen über einen Zugang; Rückschlagventile; Luer-Lock Ansatz

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### **MPE Neonat. Y-Verbinder, lichtgeschützt**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF L572

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
MPE Neonat. Y-Verbinder, lichtgeschützt

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Zum Verabreichen mehrerer Infusionen, Rückschlagventil wird unkontrolliertes Vermischen verhindert, verschiedenfarbige Rückschlagventile, Luerlock mit drehbarer Gewindemutter; Füllvolumen 0,4 ml

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### **MPE Neonat. Y-Verbinder 3-fach**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF L573

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
MPE Neonat. Y-Verbinder 3-fach

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Zum Verabreichen mehrerer Infusionen, Rückschlagventil wird unkontrolliertes Vermischen verhindert, verschiedenfarbige Rückschlagventile, Luerlock mit drehbarer Gewindemutter; Füllvolumen 0,6 ml

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### **MPE Neonat. Y-Verbinder 4-fach**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF L574

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
MPE Neonat. Y-Verbinder 4-fach

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Zum Verabreichen mehrerer Infusionen, Rückschlagventil wird unkontrolliertes Vermischen verhindert, verschiedenfarbige Rückschlagventile, Luerlock mit drehbarer Gewindemutter; Füllvolumen 0,8 ml

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### 2-fach Verbinder mit Neo Link

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 1072A

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
2-fach Verbinder mit Neo Link

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Latex-frei

**Material:**  
Latex-frei; gemäß persönlicher Informationen des Herstellers; gemäß PVC-Test RMA 2% PVC

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 50 - 100%

### 3-fach Verbinder mit Neo Link

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 1073A

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
3-fach Verbinder mit Neo Link

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Latex-frei

**Material:**  
Latex-frei; gemäß persönlicher Informationen des Herstellers; gemäß PVC-Test RMA 4% PVC

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 50 - 100%

### 4-fach Verbinder mit Neo Link

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 1074A

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
4-fach Verbinder mit Neo Link

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Latex-frei

**Material:**  
Latex-frei; gemäß persönlicher Informationen des Herstellers; gemäß PVC-Test RMA 3% PVC

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 25 - 50%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Y-Verbinder mit SmartSite Ventil

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
M 07033

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Y-Verbinder mit SmartSite Ventil

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers und PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Ventilverbinder 2-fach Neo Link

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 1062A

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Ventilverbinder 2-fach Neo Link

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Latex-frei

**Material:**

; gemäß PVC-Test RMA 3% PVC

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Ventilverbinder 2-fach Neo Link

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 1062AG

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Ventilverbinder 2-fach Neo Link

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Latex-frei

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Bakterienfilterleitung PU

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF PU621

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Bakterienfilterleitung PU

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Infusionsleitung mit Partikelfilter und Bakterienfilter; Luer-Lock Ansatz, Länge: 150cm

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### Partikelfilterleitung PU

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF PU622

**Quelle:**  
1; 2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Partikelfilterleitung PU

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Infusionsleitung mit Partikelfilter; Luer-Lock Ansatz, Länge: 150cm

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### Filterleitung medCARE 0,2 µm PU

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF PU728

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Filterleitung medCARE 0,2 µm PU

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Filterleitung medCARE 1,2 µm PU

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF PU729

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Filterleitung medCARE 1,2 µm PU

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### Medikamentenleitung 150cm Lichtschutz

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1641

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Medikamentenleitung 150cm Lichtschutz

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
lichtgeschützte Schlauchleitung; Verschlussklemme, Luer-Lock Ansatz; Füllvolumen 0,7ml; Schlauchlänge 150cm;

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

---

### Medikamentenleitung mit Partikelfilter, Lichtschutz

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1642

**Quelle:**  
1; 2; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Medikamentenleitung mit Partikelfilter, Lichtschutz

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
lichtgeschützte Schlauchleitung; Verschlussklemme, Luer-Lock Ansatz; Füllvolumen 0,75ml; Schlauchlänge 150cm; Partikelfilter 5 µm

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers; gemäß PVC-Test RMA 31 % PVC

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Medikamentenleitung Lichtschutz, 1,2 µm Filter

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.impromediform.de (www.medcare-medizintechnik.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1643

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Medikamentenleitung Lichtschutz, 1,2 µm Filter

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

lichtgeschützte Schlauchleitung; Verschlussklemme, Luer-Lock Ansatz; Füllvolumen 1,0ml; Schlauchlänge 160cm; Partikelfilter 12 µm

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

### Spritzenpumpenleitung mit Partikelfilter, PU

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.impromediform.de (www.medcare-medizintechnik.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF PU725

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Spritzenpumpenleitung mit Partikelfilter, PU

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

Polyurethan; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Filterleitung 0,2 µm, Lichtschutz

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.impromediform.de (www.medcare-medizintechnik.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF L728

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Filterleitung 0,2 µm, Lichtschutz

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers; 2-Wandschlauch: Innenschlauch PE und Aussenschlauch PVC

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Frühgeborenen-Verbindungsleitung

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF 1526

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Frühgeborenen-Verbindungsleitung

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Leitung 15cm mit R-Ventil & Zuspr

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 1046RK

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Leitung 15cm mit R-Ventil & Zuspr

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Überleitungs-Set m. autom. Ventil

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MFL 516

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Überleitungs-Set m. autom. Ventil

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
zur Verabreichung von Infusionslösungen aus Vorratsgefäßen mittels Spritzenpumpen im geschlossenen System; Luer-Lock Ansatz; Automatikventil; zweiwandig (Innenschlauch PE; Außenschlauch PVC)

**Material:**  
Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers;

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** 0 - 10%

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Verbreichungsset 150 ml, PE/PU

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF P705

**Quelle:**  
1;2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbreichungsset 150 ml, PE/PU

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Zuspritzport latexfrei, Bakterienfilter: 0,2µm und Supormembrane, Partikelfilter: 5µm, Spikeport, Zuspritzport mit Abbrechzopfen, Verschlussklemme, Luerlock mit drehbarer Gewindemutter

**Material:**

Polyethylen, Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Verbreichungsset 250 ml, PE/PU

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF P706

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbreichungsset 250 ml, PE/PU

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Zuspritzport latexfrei, Bakterienfilter: 0,2µm und Supormembrane, Partikelfilter: 5µm, Spikeport, Zuspritzport mit Abbrechzopfen, Verschlussklemme, Luerlock mit drehbarer Gewindemutter

**Material:**

Polyethylen, Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Verbreichungsset 500 ml, PE/PU

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MF P707

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbreichungsset 500 ml, PE/PU

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Zuspritzport latexfrei, Bakterienfilter: 0,2µm und Supormembrane, Partikelfilter: 5µm, Spikeport, Zuspritzport mit Abbrechzopfen, Verschlussklemme, Luerlock mit drehbarer Gewindemutter

**Material:**

Polyethylen, Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers;

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Verbreichungsset 150 ml, Lichtschutz

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

www.impromediform.de (www.medcare-medizintechnik.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

MF L705

**Quelle:**

2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Verbreichungsset 150 ml, Lichtschutz

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

"Lichtschutz" Zuspritzport latexfrei, Bakterienfilter: 0,2µm und Supormembrane, Partikelfilter: 5µm, Spikeport, Zuspritzport mit Abbrechzopfen, Verschlussklemme, Luerlock mit drehbarer Gewindemutter

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers; 2-Wandschlauch: Innenschlauch PE und Aussenschlauch PVC

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Verbreichungsset 250 ml,Lichtschutz

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

www.impromediform.de (www.medcare-medizintechnik.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

MF L706

**Quelle:**

2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Verbreichungsset 250 ml,Lichtschutz

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

"Lichtschutz" Zuspritzport latexfrei, Bakterienfilter: 0,2µm und Supormembrane, Partikelfilter: 5µm, Spikeport, Zuspritzport mit Abbrechzopfen, Verschlussklemme, Luerlock mit drehbarer Gewindemutter

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers; 2-Wandschlauch: Innenschlauch PE und Aussenschlauch PVC

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Verbreichungsset 500 ml,Lichtschutz

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

www.impromediform.de (www.medcare-medizintechnik.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

MF L707

**Quelle:**

2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Verbreichungsset 500 ml,Lichtschutz

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

"Lichtschutz" Zuspritzport latexfrei, Bakterienfilter: 0,2µm und Supormembrane, Partikelfilter: 5µm, Spikeport, Zuspritzport mit Abbrechzopfen, Verschlussklemme, Luerlock mit drehbarer Gewindemutter

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers; 2-Wandschlauch: Innenschlauch PE und Aussenschlauch PVC

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

---

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Verabreichungs-Set 3 mit 50ml Perfusor-Spritze

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 1725S

**Quelle:**

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verabreichungs-Set 3 mit 50ml Perfusor-Spritze

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Verabreichungsset lichtgeschützt 4

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SN 1726S

**Quelle:**

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verabreichungsset lichtgeschützt 4

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Lichtschutzhülle PVC-hältig; gemäß PVC-Test RMA: 2-Wandschlauch: Innenschlauch PVC-frei und Aussenschlauch aus PVC;

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Neo-Link

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NEO CARE (medikus)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.neocare.de](http://www.neocare.de) ([www.medikus.co.at](http://www.medikus.co.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
EN1200

**Quelle:**  
1; 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Neo-Link

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Latex-frei

**Material:**  
PVC-frei; gemäß persönlicher Information des Herstellers sowie PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Drei-Wege-Hahnbank

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Impromediform (Medcare)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.impromediform.de](http://www.impromediform.de) ([www.medcare-medizintechnik.at](http://www.medcare-medizintechnik.at))

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MFX8080E

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Drei-Wege-Hahnbank

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
(rot, blau, weiß) mit 4 SmartSite Ventilen. Auch für die Druckmessung geeignet

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### VYCLIC-Color 3-Wege-Hahn

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VYGON

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.vygon.de](http://www.vygon.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
876.20

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
VYCLIC-Color 3-Wege-Hahn

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Verbindungsstück

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VYGON

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.vygon.de](http://www.vygon.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
801.00

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Verbindungsstück

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Adapter Multi

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
SARSTEDT

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
141.205

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Adapter Multi

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Katheterstopfen, steril

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Rüsch

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.teleflexmedical.com](http://www.teleflexmedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
548500

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Katheterstopfen, steril

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Stopper

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
B.Braun

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
4097076

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Stopper

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Verschlussknoten

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Plastipak Perfusorspritze 50ml lichtgeschützt ohne Kanüle

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Becton Dickinson

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.bd.com](http://www.bd.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

300139

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Plastipak Perfusorspritze 50ml lichtgeschützt ohne Kanüle

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Exacta-Med® Spritze oral unsteril 5ml

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Baxa

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.baxa.com](http://www.baxa.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

1105

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Exacta-Med® Spritze oral unsteril 5ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Omnifix® Injektionsspritze Luer Lock Solo 20ml

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

B.Braun

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

4617207V

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Omnifix® Injektionsspritze Luer Lock Solo 20ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### Spritze oral 03ml unsteril m VK

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Becton Dickinson

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

www.bd.com

**Artikelnummer d. Herstellers:**

SN 305220

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Spritze oral 03ml unsteril m VK

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### NEOFLON® Venenverweilkatheter 26G

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Becton Dickinson

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

www.bd.com

**Artikelnummer d. Herstellers:**

391349

**Quelle:**

2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

NEOFLON® Venenverweilkatheter 26G

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Edelstahlkanüle mit Hinterschliff und Zuspritzventil; Luer-Lock Ansatz; breite, verformbare Flügel; 26G 0,6x19mm; lila

**Material:**

Teflon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### NEOFLON® Venenverweilkatheter 24G

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Becton Dickinson

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

www.bd.com

**Artikelnummer d. Herstellers:**

391350

**Quelle:**

2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

NEOFLON® Venenverweilkatheter 24G

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Edelstahlkanüle mit Hinterschliff und Zuspritzventil; Luer-Lock Ansatz; breite, verformbare Flügel; 24G 0,7x19mm; gelb

**Material:**

Teflon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

### VASCULON® Plus Venenverweilkatheter 26G

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Becton Dickinson

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.bd.com](http://www.bd.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

393300

**Quelle:**

2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

VASCULON® Plus Venenverweilkatheter 26G

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Edelstahlskanüle mit Hinterschliff und Zuspritzventil; Luer-Lock Ansatz; breite, verformbare Flügel; 26G 0,6x19mm; lila

**Material:**

Polyurethan; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Spinalkanüle (Typ Quincke)

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

YIGON

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.vygon.de](http://www.vygon.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

5183.77

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Spinalkanüle (Typ Quincke)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Lumbal-Nadel

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Optiva®W I.V. Catheter Radiopaque

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Smiths Medical

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

1124

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Optiva®W I.V. Catheter Radiopaque

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Katheter röntgenfähig

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** INFUSION UND TRANSFUSION , PUNKTIONSBEDARF

**Nadel Knocheninfusion CDIN 16-3,0-T45**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

William Cook Europe

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.cookmedical.com](http://www.cookmedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

G04320

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Nadel Knocheninfusion CDIN 16-3,0-T45

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

**Materialgruppe:** KATHETER, TUBEN, SCHLÄUCHE, DRAINS

### Kinder-Ballon-Katheter Nelatonspitze Ch.06

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
UROMED

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.uromed.de](http://www.uromed.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1310. 06

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kinder-Ballon-Katheter Nelatonspitze Ch.06

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Kinder-Ballon-Katheter Nelatonspitze Ch.06

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
UROMED

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.uromed.de](http://www.uromed.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1340.06

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kinder-Ballon-Katheter Nelatonspitze Ch.06

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Ballon-Katheter zur transurethralen Blasen-Drainage bei Kindern, mit Mandrin, L=33cm, 2 Augen

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Kinder-Ballon-Katheter Nelatonspitze Ch.08

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
UROMED

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.uromed.de](http://www.uromed.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1340. 08

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kinder-Ballon-Katheter Nelatonspitze Ch.08

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Ballon-Katheter zur transurethralen Blasen-Drainage bei Kindern, mit Mandrin, L=33cm, 2 Augen

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** KATHETER, TUBEN, SCHLÄUCHE, DRAINS

### Nephrostomie-Ballon-Katheter

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
UROMED

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.uromed.de](http://www.uromed.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
2525. 10

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Nephrostomie-Ballon-Katheter

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Ballon-Katheter zur perkutanen Nierendrainage, L=43cm, 2 Augen, zentral offen, grad. 1:1cm, voll röntgenfähig

**Material:**

Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Rüsch Brilliant Paediatric Ballonkatheter Ch.6

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Teleflex (Rüsch Austria GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.teleflexmedical.com](http://www.teleflexmedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
170003 Ch.6

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Rüsch Brilliant Paediatric Ballonkatheter Ch.6

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

Silikon, Verpackung teilweise aus PVC; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Rüsch Brilliant Paediatric Ballonkatheter Ch.8

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Teleflex (Rüsch Austria GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.teleflexmedical.com](http://www.teleflexmedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
170003 Ch.8

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Rüsch Brilliant Paediatric Ballonkatheter Ch.8

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**

Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** KATHETER, TUBEN, SCHLÄUCHE, DRAINS

### Blasenkatheter Ch.9

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Teleflex (Rüsch Austria GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.teleflexmedical.com](http://www.teleflexmedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
402100 Ch.9

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Blasenkatheter Ch.9

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
zyl. Spitze, 1 Auge

**Material:**  
Gummi (Chloropren-Kautschuk); gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Blasenkatheter Ch.10

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Teleflex (Rüsch Austria GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.teleflexmedical.com](http://www.teleflexmedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
402100 Ch.10

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Blasenkatheter Ch.10

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
zyl. Spitze, 1 Auge

**Material:**  
Gummi (Chloropren-Kautschuk); gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Foleykatheter Pädiatrie 2-Weg 1,5 ml Ch.06

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
23.000.14.206

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Foleykatheter Pädiatrie 2-Weg 1,5 ml Ch.06

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** KATHETER, TUBEN, SCHLÄUCHE, DRAINS

### Foleykatheter Pädiatrie 2-Weg 3,0 ml Ch.08

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
23.000.14.208

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Foleykatheter Pädiatrie 2-Weg 3,0 ml Ch.08

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Foleykatheter Pädiatrie 2-Weg 3,0 ml Ch.10

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
23.000.14.210

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Foleykatheter Pädiatrie 2-Weg 3,0 ml Ch.10

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Penrose Drainage 100cm Größe 4

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Teleflex (Rüsch Austria GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.teleflexmedical.com](http://www.teleflexmedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
473600 No.4

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Penrose Drainage 100cm Größe 4

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikolatex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** KATHETER, TUBEN, SCHLÄUCHE, DRAINS

### PREMICATH 28G

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VYGON

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.vygon.de](http://www.vygon.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1261.206

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
PREMICATH 28G

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Katheter aus PUR, kontrastgebend, mit Mandrin

**Material:**  
PUR; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### MICROSELD PTFE 2F 4cm

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
intra special catheters GmbH

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.intra-online.de](http://www.intra-online.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
302 042

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
MICROSELD PTFE 2F 4cm

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Arterieller Katheter

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### UROPRI® natal 250mm, Ch.4

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.primed-halberstadt.de](http://www.primed-halberstadt.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
20681

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
UROPRI® natal 250mm, Ch.4

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Silikonkatheter mit Röntgenkontraststreifen

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** KATHETER, TUBEN, SCHLÄUCHE, DRAINS

### Embolektomie Silikon Katheter F 2, 40 cm, mit Spritze

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
55.000.020.40

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Embolektomie Silikon Katheter F 2, 40 cm, mit Spritze

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Embolektomie Silikon Katheter F 2, 60 cm, mit Spritze

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
55.000.020.60

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Embolektomie Silikon Katheter F 2, 60 cm, mit Spritze

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Nutriline Twinflo Einschwemmkanüle doppelumig, 30cm

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VYGON

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.vygon.de](http://www.vygon.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1252.230

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Nutriline Twinflo Einschwemmkanüle doppelumig, 30cm

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Katheter aus PUR, kontrastgebend, mit Mandrin

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** KATHETER, TUBEN, SCHLÄUCHE, DRAINS

### **Pädiatrischer 2-Lumen Cava Katheter 4F 2L 13cm**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Arrow International

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.arrowintl.com](http://www.arrowintl.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

CS-14402

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Pädiatrischer 2-Lumen Cava Katheter 4F 2L 13cm

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Besteck für zweilumigen zentralen Venenkatheter für Kinder mit Blue-FlexTip-Katheter

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Pädiatrischer 2-Lumen Cava Katheter 4F 2L 8cm**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Arrow International

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.arrowintl.com](http://www.arrowintl.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

CS-15402-E

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Pädiatrischer 2-Lumen Cava Katheter 4F 2L 8cm

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Besteck für zweilumigen zentralen Venenkatheter für Kinder mit Blue-FlexTip-Katheter

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Kids Cath™ Umbilical, 2-lumig**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Smiths Medical

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

MXC 2220-4

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Kids Cath™ Umbilical, 2-lumig

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Nabelvenenkatheter für Kinder

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### BabyFlow® Prong M

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dräger

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
8418416

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
BabyFlow® Prong M

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### BabyFlow® Prong XS

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dräger

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
8418415

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
BabyFlow® Prong XS

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Nasaler Prong (micro)

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Heinen + Löwenstein GmbH

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.hul.de](http://www.hul.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
NJ1500-01

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Nasaler Prong (micro)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### Nasaler Prong (medium)

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Heinen + Löwenstein GmbH

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.hul.de](http://www.hul.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
NJ1500-02

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Nasaler Prong (medium)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Nasal Prong (micro)

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Medical Innovations GmbH

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medin-innovations.de](http://www.medin-innovations.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1200-01

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Nasal Prong (micro)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### The Infant Flow System Nasal Prong - Small

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VIASYS Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.viasyshealthcare.com](http://www.viasyshealthcare.com) (CareFusion)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
11513-101

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
The Infant Flow System Nasal Prong - Small

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### The Infant Flow System Nasal Prong - Medium

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VIASYS Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.viasyshealthcare.com (CareFusion)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
11513-102

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
The Infant Flow System Nasal Prong - Medium

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### The Infant Flow System Nasal Prong - Large

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VIASYS Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.viasyshealthcare.com (CareFusion)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
11513-103

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
The Infant Flow System Nasal Prong - Large

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Neo Mask medium

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Heinen + Löwenstein GmbH

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.hul.de

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
NJ1500-04

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Neo Mask medium

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### The Infant Flow System Mask - Small

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VIASYS Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.viasyshealthcare.com (CareFusion)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
777086-101

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
The Infant Flow System Mask - Small

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### The Infant Flow System Mask - Medium

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VIASYS Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.viasyshealthcare.com (CareFusion)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
777086-102

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
The Infant Flow System Mask - Medium

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### The Infant Flow System Mask - Large

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VIASYS Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.viasyshealthcare.com (CareFusion)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
777086-103

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
The Infant Flow System Mask - Large

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### Mütze für Babylog, Größe XL

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dräger

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
8418537

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Mütze für Babylog, Größe XL

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Mütze für Babylog, Größe L

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dräger

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
8418536

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Mütze für Babylog, Größe L

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Mütze für Babylog, Größe XXL

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dräger

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
8418539

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Mütze für Babylog, Größe XXL

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### Mütze für Babylog, Größe XXL

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dräger

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
8418538

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Mütze für Babylog, Größe XXL

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Fixiermütze NCPAP XXXL Neo

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Heinen + Löwenstein GmbH

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.hul.de](http://www.hul.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
NJ 1520-10

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Fixiermütze NCPAP XXXL Neo

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 0

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Beevers MfG&Supply (MedCare Visions GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.beevers.net](http://www.beevers.net)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
CA 100

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 0

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
für Kinder mit Körpergewicht <700g

**Material:**  
Hydrokolloid; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### **CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 1**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Beevers MfG&Supply (MedCare Visions GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.beevers.net](http://www.beevers.net)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

CA 101

**Quelle:**

3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 1

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

für Kinder mit Körpergewicht <1250g

**Material:**

Hydrokolloid; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 2**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Beevers MfG&Supply (MedCare Visions GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.beevers.net](http://www.beevers.net)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

CA 102

**Quelle:**

1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 2

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

für Kinder mit Körpergewicht <2Kg

**Material:**

Hydrokolloid; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 3**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Beevers MfG&Supply (MedCare Visions GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.beevers.net](http://www.beevers.net)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

CA 103

**Quelle:**

1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 3

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

für Kinder mit Körpergewicht <3Kg

**Material:**

Hydrokolloid; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### **CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 4**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Beevers MfG&Supply (MedCare Visions GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.beevers.net](http://www.beevers.net)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

CA 104

**Quelle:**

1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

CANNULAIDE® Nasenkanülen für Kinder, Größe 4

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

für Kinder mit Körpergewicht >3Kg

**Material:**

Hydrokolloid; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Sticky Whiskers™ Größe 1**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Beevers MfG&Supply (MedCare Visions GmbH)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.beevers.net](http://www.beevers.net)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

SW102

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

Sticky Whiskers™ Größe 1

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

Befestigungsvorrichtung für Nasenkanülen

**Material:**

PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **natus biliband® REG, blau**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

Natus Medical Incorporated (MedCare Visions)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

[www.medcarevisions.de](http://www.medcarevisions.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

N-B001

**Quelle:**

1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**

natus biliband® REG, blau

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

für Kopfumfang 24-33

**Material:**

PVC-frei, latexfrei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### natus biliband® PREM, grün

**Hersteller (Lieferant in Ö):** Natus Medical Incorporated (MedCare Visions) **Homepage d. Herstellers (Lieferanten):** [www.medcarevisions.de](http://www.medcarevisions.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:** N-B002 **Quelle:** 1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:** natus biliband® PREM, grün

**Zusätzliche Artikelinformationen:** für Kopfumfang 30-38 cm

**Material:** PVC-frei, latexfrei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### natus biliband® MICRO, grün

**Hersteller (Lieferant in Ö):** Natus Medical Incorporated (MedCare Visions) **Homepage d. Herstellers (Lieferanten):** [www.medcarevisions.de](http://www.medcarevisions.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:** N-B003 **Quelle:** 1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:** natus biliband® MICRO, grün

**Zusätzliche Artikelinformationen:** für Kopfumfang 20-28 cm

**Material:** PVC-frei, latexfrei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 1

**Hersteller (Lieferant in Ö):** Dahlhausen **Homepage d. Herstellers (Lieferanten):** [www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:** 44.000.60.010 **Quelle:** 2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:** Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 1

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:** Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 2

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
44.000.60.015

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 2

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 2

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
44.000.60.020

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 2

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 2,5

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
44.000.60.025

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 2,5

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 3

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
44.000.60.030

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 3

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 4

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
44.000.60.040

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 4

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 5

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
44.000.60.050

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Einmal-Laryngealmaske Silikon Gr. 5

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### Beatmungs-Maske Silikon Neugeb. Gr. 0

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
51.500.00.000

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Beatmungs-Maske Silikon Neugeb. Gr. 0

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Beatmungs-Maske Silikon Säuglinge Gr. 1

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
51.500.00.001

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Beatmungs-Maske Silikon Säuglinge Gr. 1

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Beatmungs-Maske Silikon Kind Gr. 2

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
51.500.00.002

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Beatmungs-Maske Silikon Kind Gr. 2

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### Silikon Beatmungsbeutel Säugl. mit Silikon Masken 0 und 1

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
51.500.00.100

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Silikon Beatmungsbeutel Säugl. mit Silikon Masken 0 und 1

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Silikon Beatmungsbeutel Kind mit Silikon Masken 2 und 3

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
51.500.00.200

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Silikon Beatmungsbeutel Kind mit Silikon Masken 2 und 3

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Silikon Beatmungsbeutel für Kind 500 ml, mit Ventil

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
51.500.00.454

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Silikon Beatmungsbeutel für Kind 500 ml, mit Ventil

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### Silikon Beatmungsbeutel für Säugl. 280 ml, mit Pop Off-Ventil

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dahlhausen

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
51.500.00.458

**Quelle:**  
2

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Silikon Beatmungsbeutel für Säugl. 280 ml, mit Pop Off-Ventil

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß persönlicher Information des Herstellers

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Bakterien- und Virenfilter

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Eumedics

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.eumedics.at](http://www.eumedics.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1420/03 +A544

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Bakterien- und Virenfilter

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Schalldämpfer / Bakterienfilter

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
VIASYS Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.viasyshealthcare.com](http://www.viasyshealthcare.com) (CareFusion)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
D1420/100

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Schalldämpfer / Bakterienfilter

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### MEDISIZE BARR-VENT S Filter

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Medisize

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medisize.com](http://www.medisize.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1000005879

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
MEDISIZE BARR-VENT S Filter

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### EKG Elektroden für Neonaten

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Tyco Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.tyco-healthcare.at](http://www.tyco-healthcare.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
31507203

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
EKG Elektroden für Neonaten

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Elektrode EKG Skintact

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Skintact

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.skintact.com](http://www.skintact.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
F301

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Elektrode EKG Skintact

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### Elektrode EKG soft

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Kendall (Covidien)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.kendallhq.com](http://www.kendallhq.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
E H59P 36657001

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Elektrode EKG soft

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Beatmungsmaske Größe 0 / 1

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Laerdal

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.laerdal.de](http://www.laerdal.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
W851600

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Beatmungsmaske Größe 0 / 1

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Mehrwegartikel

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Beatmungsschlauchsystem

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Fisher&Paykel Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.fphcare.com](http://www.fphcare.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
900RD010

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Beatmungsschlauchsystem

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### **CORR-A-FLEX Faltenschlauch 200cm**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Hudson

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.hudsonrci.com](http://www.hudsonrci.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
41518

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
CORR-A-FLEX Faltenschlauch 200cm

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Befeuchterkammer**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Smiths Medical

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1140

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Befeuchterkammer

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Ambu Ventilkörper orange**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Ambu

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.ambu.com](http://www.ambu.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Ambu Ventilkörper orange

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

**BabyFlow®**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dräger

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
8418456

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
BabyFlow®

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

**Mon-a-therm® Skin Hauttemperatursonde**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Tyco Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.tyco-healthcare.at](http://www.tyco-healthcare.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
90045

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Mon-a-therm® Skin Hauttemperatursonde

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

**LNOP® NeoPt-L Neonatal SpO2 adhesive Sensor**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Masimo Corporation

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.masimo.com](http://www.masimo.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
0645-70278

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
LNOP® NeoPt-L Neonatal SpO2 adhesive Sensor

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Neonataler adhesiver Oximetersensor

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** NARKOSE- und INTENSIVPFLEGEBEDARF

### PHARMA NEO BASIC

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Pharma Systems

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.pharmasystems-ps.com](http://www.pharmasystems-ps.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
6215

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
PHARMA NEO BASIC

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Filter Anfeuchte

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Portex® Thermovent® T

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Smiths Medical

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
100/570/015

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Portex® Thermovent® T

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Urinocol Urinbeutel weibl

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
B.Braun

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
227566

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Urinocol Urinbeutel weibl

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Steriler Beutel zum Auffang von Urin bei Kleinkindern

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Kinder Urinbeutel 100 ml

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Produkte für die Medizin (PFM)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.pfmmedical.com](http://www.pfmmedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1056380000

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kinder Urinbeutel 100 ml

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Zum Aufkleben

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Partikelfilter

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Dräger

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
8402926

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Partikelfilter

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Adapter mit Temperaturmessöffnung

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Intersurgical

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.intersurgical.com](http://www.intersurgical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1964

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Adapter mit Temperaturmessöffnung

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Ohrtrichter 4mm WA 52434

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

**Artikelnummer d. Herstellers:**

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Ohrtrichter 4mm WA 52434

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Adapter Trachcare

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
31723

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Adapter Trachcare

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Intestinalsäckchen 45x52cm

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Websinger

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.websinger.at](http://www.websinger.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
360020

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Intestinalsäckchen 45x52cm

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Latex-frei

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Basisplatte RR27/25 Easiflex

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Coloplast

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.coloplast.at](http://www.coloplast.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
14308

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Basisplatte RR27/25 Easiflex

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Absaugbeutel mit Granulat

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Serres (Medizintechnik Benesch)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medizintechnik-benesch.at](http://www.medizintechnik-benesch.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
SE57557.0000

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Absaugbeutel mit Granulat

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

**Tendernose**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
MEDICA Europe

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medica-europe.com](http://www.medica-europe.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
2000T720

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Tendernose

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

**MiniMuffs® Neonatal Noise Attenuators**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Natus Medical Incorporated (MedCare Visions)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medcarevisions.de](http://www.medcarevisions.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
040216

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
MiniMuffs® Neonatal Noise Attenuators

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Neonataler Gehörschutz

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

**Ohropax**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
3M

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
<http://solutions.3maustria.at>

**Artikelnummer d. Herstellers:**

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Ohropax

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Identifikationsarmband Kinder

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Precision Dynamics Corporation

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.pdcorp.com](http://www.pdcorp.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Identifikationsarmband Kinder

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Polyester; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Nasaler Med. Zerstäuber

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Wolfe Tory Medical

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.wolfetory.com](http://www.wolfetory.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
MAD300

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Nasaler Med. Zerstäuber

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Neonatal/Paediatic I.V. Board

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Tyco Healthcare

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.tyco-healthcare.at](http://www.tyco-healthcare.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
M100775

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Neonatal/Paediatic I.V. Board

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Armschiene für Neonaten

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
DALE Medical Products

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
H84106521

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Armschiene für Neonaten

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### U-H Latexfrei steril einzeln M

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Ansell

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.anselleurope.com](http://www.anselleurope.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
M3345

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
U-H Latexfrei steril einzeln M

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:**

---

### Gammex® PF DermaPrene®, Größe 7

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Ansell

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.anselleurope.com](http://www.anselleurope.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
229 -807

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Gammex® PF DermaPrene®, Größe 7

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
OP-Handschuhe aus Neopren - Puderfrei

**Material:**  
Neopren (Chlor-Kautschuk); gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### **Gammex® PF DermaPrene®, Größe 6**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Ansell

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.anselleurope.com](http://www.anselleurope.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
129 -105

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Gammex® PF DermaPrene®, Größe 6

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
OP-Handschuhe aus Neopren - Puderfrei

**Material:**  
Neopren (Chlor-Kautschuk); gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **POLYFORT® Steriler Copolymer-Untersuchungshandschuh, Small**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
HSO Health Care GmbH

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.hso.at/medizin](http://www.hso.at/medizin)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
M1GL144-S

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
POLYFORT® Steriler Copolymer-Untersuchungshandschuh, Small

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Gentle Skin® Premium OP MED, Größe 6,5**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Meditrade

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.meditrade.at](http://www.meditrade.at)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
9021

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Gentle Skin® Premium OP MED, Größe 6,5

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
aus Naturkautschuklatex, pudernfrei

**Material:**  
Naturkautschuklatex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Sauger groß für Trinkflaschen

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
BELDICO

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.beldico.be](http://www.beldico.be)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
37587, 37589

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Sauger groß für Trinkflaschen

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Sauger klein für Trinkflaschen

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
BELDICO S.A-N.V.

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.beldico.be](http://www.beldico.be)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
37572, 37573, 37574

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Sauger klein für Trinkflaschen

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Dentistar Beruhigungsschnuller

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Baby Nova

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.baby-nova.de](http://www.baby-nova.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Dentistar Beruhigungsschnuller

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Latex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Einschlafsauger Gr 1

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NUK

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.nuk.de](http://www.nuk.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
10181004

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Einschlafsauger Gr 1

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Kliniksauger (desinfiziert) mittelfein gelocht Größe 1 (0-6 Mon.)

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NUK

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.nuk.de](http://www.nuk.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
10140009

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kliniksauger (desinfiziert) mittelfein gelocht Größe 1 (0-6 Mon.)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Naturkautschuklatex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Kliniksauger (desinfiziert) groß gelocht Größe 2 (ab 6 Mon.)

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NUK

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.nuk.de](http://www.nuk.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
10141016

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kliniksauger (desinfiziert) groß gelocht Größe 2 (ab 6 Mon.)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Naturkautschuklatex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### **Kliniksauger (desinfiziert) extrafein gelocht Größe 1 (0-6 Mon.)**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NUK

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.nuk.de

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
10107018

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kliniksauger (desinfiziert) extrafein gelocht Größe 1 (0-6 Mon.)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Naturkautschuklatex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Kliniksauger (desinfiziert) extrafein gelocht Größe 1 (0-6 Mon.)**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NUK

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.nuk.de

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
10.147.001

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kliniksauger (desinfiziert) extrafein gelocht Größe 1 (0-6 Mon.)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
TPE; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Kliniksauger (desinfiziert) Kreuzschlitz Größe 2 (ab 6 Mon.)**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NUK

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
www.nuk.de

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
10141017

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kliniksauger (desinfiziert) Kreuzschlitz Größe 2 (ab 6 Mon.)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Naturkautschuklatex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### **Kliniksauger (desinfiziert) extrafein gelocht Größe 1 (0-6 Mon.)**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NUK

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.nuk.de](http://www.nuk.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
10140008

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kliniksauger (desinfiziert) extrafein gelocht Größe 1 (0-6 Mon.)

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Naturkautschuklatex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Sauger für Frühgeborene <1.750g (desinfiziert) mittelfein gelocht**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NUK

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.nuk.de](http://www.nuk.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
107019

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Sauger für Frühgeborene <1.750g (desinfiziert) mittelfein gelocht

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Naturkautschuklatex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### **Einmal-Trinksauger (desinfiziert) in runder Form, Standardgröße**

**Hersteller (Lieferant in Ö):**

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
10142001

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Einmal-Trinksauger (desinfiziert) in runder Form, Standardgröße

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Naturkautschuklatex; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Wee Thumbie® Premie Pacifier, purple

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Respironics

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
<http://chmv.respironics.com/>

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1046742

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Wee Thumbie® Premie Pacifier, purple

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Infant Flow Schnuller

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Wee Thumbie® Premie Pacifier, aqua

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Respironics

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
<http://chmv.respironics.com/>

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1046741

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Wee Thumbie® Premie Pacifier, aqua

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Infant Flow Schnuller

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Wee Thumbie® Premie Pacifier, Natural Scent

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Respironics

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
<http://chmv.respironics.com/>

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
96003-N

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Wee Thumbie® Premie Pacifier, Natural Scent

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Infant Flow Schnuller, latex-frei

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### NICU Soothie ® Newborn Pacifier, Natural Scent

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Respironics

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
<http://chmv.respironics.com/>

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
1029232

**Quelle:**  
1; 3

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
NICU Soothie ® Newborn Pacifier, Natural Scent

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
Infant Flow Schnuller, latex-frei

**Material:**  
Gummi; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Flexhalterung Fingersensor

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Posey (Habel Medizintechnik)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.posey.com](http://www.posey.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
6554

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Flexhalterung Fingersensor

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Kondomhalter

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Posey (Habel Medizintechnik)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.posey.com](http://www.posey.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
456550

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Kondomhalter

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### RTM Photother Brille mittel rosa

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Russel Terry Medical Co

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.russellterrymedical.com](http://www.russellterrymedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
530

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
RTM Photother Brille mittel rosa

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Komforthalteband, blau, für Erwachsene

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Teleflex Medical (Rüsch)

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.teleflexmedical.com](http://www.teleflexmedical.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
507900

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Komforthalteband, blau, für Erwachsene

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Brusthauben-Ventil mit Membran

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Medela

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
800.0606

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Brusthauben-Ventil mit Membran

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Medela Contact Brushhütchen

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Medela

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
200.1688

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Medela Contact Brushhütchen

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
in verschiedenen Größen erhältlich

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Absaughaube

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Medela

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
800.0620/503309

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Absaughaube

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

---

### Doppelpumpset

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Medela

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
501586

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Doppelpumpset

**Zusätzliche Artikelinformationen:**  
BPA-frei

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur

**Materialgruppe:** ALLGEMEINER BEHANDLUNGSBEDARF

### Silikonschlauchset

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Medela

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
Y ME30800.0346

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Silikonschlauchset

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Brusthütchen Silikon

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
NUK

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.nuk.de](http://www.nuk.de)

**Artikelnummer d. Herstellers:**

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Brusthütchen Silikon

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
Silikon; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

### Ameda Egnell Öko Doppel Pumpset

**Hersteller (Lieferant in Ö):**  
Ameda AG

**Homepage d. Herstellers (Lieferanten):**  
[www.ameda.com](http://www.ameda.com)

**Artikelnummer d. Herstellers:**  
0160

**Quelle:**  
1

**Artikelbezeichnung d. Herstellers:**  
Ameda Egnell Öko Doppel Pumpset

**Zusätzliche Artikelinformationen:**

**Material:**  
PVC-frei; gemäß PVC-Test RMA

**Preissteigerung ggü. dem PVC-Artikel:** keine Angabe

Quellen: 1 – Artikelanalyse der RMA, 2 – pers. Information d. Herstellers, 3 – allg. Herstellerinformation, 4 – Literatur